

# MRX Routine Abnormal Control

**Best.-Nr./Order No.: K5040**

**Lot: 103764**

**Exp. Date: 2025-08-31**

Plasma-Methode											Geräte KC/MC 1/4/10 Schnittger & Gross										
Test	Hersteller	Reagenz	Charge	Soll %	Hersteller %		RiliBÄK %		Soll INR	Hersteller INR											
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	<b>103763</b>	<b>25,0</b>	21,3	28,8	22,1	27,9	<b>2,43</b>	1,82	3,04										

**Note**

Empfohlene Werte sind auf einem MC/KC-Kugelkoagulometer mit INR-Kalibrator analysiert worden.

Es wird empfohlen, dass jedes Labor seine eigenen Kontrollbereich ermittelt und den eigenen Qualitätskontrollvorgaben anpasst.

Recommended values have been analysed on a MC/KC analyser calibrated with INR calibrators.

It's recommended that each laboratory are setting their own target range to fit local QC conditions and rekommendations.