

MRX Routine Abnormal Control

Best.-Nr./Order No.: K5040

Lot: 101991

Exp.:Date: 2024-11

Plasma-Methode											Geräte KC/MC 1/4/10 Schnittger & Gross										
Test	Hersteller	Reagenz	Charge	Soll %	Hersteller %		RiliBÄK %		Soll INR	Hersteller INR											
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	100957	23,7	20,1	27,3	21,0	26,4	2,53	1,90	3,16										

Note

Empfohlene Werte sind auf einem MC/KC-Kugelkoagulometer mit INR-Kalibrator analysiert worden.

Es wird empfohlen, dass jedes Labor seinen eigenen Kontrollbereich ermittelt und den eigenen Qualitätskontrollvorgaben anpasst.

Recommended values have been analysed on a MC/KC analyser calibrated with INR calibrators.

It's recommended that each laboratory are setting their own target range to fit local QC conditions and rekommendations.