

ACE Kalibrator

Kalibrator für Tests zur quantitativen in-vitro-Bestimmung von ACE an photometrischen Systemen

Bestellinformation

Bestell-Nr.: G 85201 6 x f. 1 ml

Beschreibung

ACE Kalibrator ist ein lyophilisierter Kalibrator auf Humanserumbasis.

ACE Kalibrator wird zur Kalibration des DDV ACE Tests verwendet (Bestellnummer G 85056).

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Für die Herstellung von ACE Kalibrator wurden nur Blutspenden verwendet, die bei der Untersuchung durch von der FDA zugelassene Methoden auf HBsAg, anti-HIV 1+2 und anti-HCV negativ reagierten.

Da keine Möglichkeit besteht, definitiv auszuschließen, dass die aus menschlichem Blut gewonnenen Produkte Krankheitserreger übertragen, wird empfohlen, den Kalibrator mit denselben Vorsichtsmaßnahmen wie Patientenproben zu behandeln.

Nur zur professionellen Anwendung.

Vorbereitung

1. 1.0 ml dest. Wasser zu einem Fläschchen ACE Kalibrator hinzufügen.
2. Vorsichtig schwenken und 5 bis 10 Minuten gut mischen, bis alles vollständig gelöst ist. Vor Gebrauch leicht schwenken und auf Raumtemperatur bringen, Schaumbildung vermeiden.

Aufbewahrung und Haltbarkeit

Der Kalibrator ist stabil bis zum Ende des auf der Packung angegebenen Verfallsmonats, wenn die Flaschen dicht verschlossen bei 2-8°C gelagert werden.

Nach Auflösen beträgt die Stabilität:

bei 2 – 8°C 7 Tage, wenn die Flaschen fest verschlossen aufbewahrt und Kontaminationen vermieden werden.

Kalibratorwerte

Die auf den Flaschen aufgeführten Kalibratorwerte gelten nur für die angegebene Chargennummer.

Hersteller

DiaSys Deutschland Vertriebs-GmbH
Bahnhofstr. 32
65558 Flacht (bei Limburg)
Germany

Telefon 06432/95120
Fax 06432/951299

