

Dia-CaCl₂



KALZIUMCHLORIDLÖSUNG FÜR GERINNUNGSTESTS

Kat.-Nummer: 41192 **12 x 16 ml**
Kat.-Nummer: 41048 **12 x 4 ml**

PRODUKT NAME

Dia-CaCl₂-Lösung.

ANWENDUNGSBEREICH

(Ausschließlich zur in-vitro Diagnostik)

Die Dia-CaCl₂-Lösung ist ein Zusatzreagenz zur Bestimmung aPTT.

ZUSAMMENSETZUNG

Dia-CaCl₂ ist eine 0,025 M gepufferte Lösung mit Konservierungsmitteln.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Dia-CaCl₂-Lösung darf ausschließlich von ausgebildeten Labormitarbeitern verwendet werden.
- Das Reagenz ist wegen der damit in Verbindung gelangender Untersuchungsproben und sonstiger Mittel als infektiös zu handhaben und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten.
- Das Reagenz ist vor mikrobiologischen Verunreinigungen zu schützen, da diese das Messergebnis verfälschen können.
- Verwendete und restliche Reagenzien, sowie die während der Messung verwendeten Einmal-Kunststoffe sind als potentiell infektiöser Abfall, entsprechend der geltenden rechtlichen Bestimmungen zu behandeln.
- Verwenden Sie das Reagenz nicht nach Ablauf des angegebenen Haltbarkeitsdatums.

VORBEREITUNG

Die Dia-CaCl₂-Lösung ist gebrauchsfertig. Warten Sie, bis die Lösung ihre Arbeitstemperatur erreicht hat (bitte gerätespezifische Angaben beachten).

TESTBESCHREIBUNG

Folgen Sie den Anweisungen der Gebrauchsanweisung des Dia-PTT oder Dia-PTT LIQUID-Tests zur Messung mit den gewünschten Parametern.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Die Dia-CaCl₂-Lösung ist bei ungeöffneter Flasche bei einer Lagerung von 2-8°C bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum stabil. Die Stabilität nach Öffnen in der Originalflasche ist in nachfolgender Tabelle angegeben:

T (°C)	37	15-19	2-8
Wochen	1 Tag	8	8

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE SONSTIGE MATERIALIEN UND GERÄTE

- APTT:
 - Dia-PTT; Kat. Nr: 71024, 71030, 71048
 - Dia-PTT LIQUID; Kat. Nr.: 72012, 72024, 72048, 72096
- Zur Qualitätskontrolle wird die Dia-Cont I-II-Kontrolle empfohlen; Kat. Nr.: 91020, 91010
- Anwendbar an mechanischen als auch an optischen Koagulationsanalyzern. Es wird die Verwendung von Diagon Geräten (Coag Line) empfohlen.

DIAGON KFT.
 Baross u. 48-52, 1047 Budapest, Hungary
 Tel.: +36 1 3696500
 Fax.: +36 1 3696301
 Web: www.diagon.com
 E-mail: diagon@diagon.com

SYMBOLS			
	Hersteller		Haltbarkeitsdatum
	Batch-Code		Katalognummer
	Bei beschädigter Verpackung nicht Verwenden		Zerbrechlich, bitte Vorsicht
	Trocken halten		Temperatur-Grenzwerte
	Achtung		Bitte Betriebsanleitung lesen
	Inhalt für <n> Test ausreichend		In-Vitro-Diagnostik
	CE-Prüfzeichen		Diese Seite nach oben