Lipase DC* FS**

Présentation

Référence 1 4321 99 22 801

Composition du kit $2000 (5 \times 400)$

1 4321 99 22 803 ^v 400 (1 x 400)

Emploi Prévu

Réactif de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative de la lipase dans le sérum humain ou le plasma recueilli sur héparine sur système Alinity c automatisé.

Intérêt Clinique

Les lipases sont des enzymes qui hydrolysent les esters du glycérol des acides gras longs. L'enzyme et son cofacteur, la colipase, sont produits par le pancréas. La lipase est également sécrétée en petites quantités par les glandes salivaires, ainsi que par la muqueuse gastrique, pulmonaire et intestinale. Les acides biliaires et la colipase forment des complexes micellaires avec les lipides et se combinent à la lipase à l'interface eau/substrat. La détermination de la lipase est utilisée pour l'exploration des affections pancréatiques. Dans la pancréatite aiguë, les concentrations de lipase augmentent jusqu'à 2 à 50 fois la limite supérieure du domaine de référence en 4 à 8 h après le début des douleurs abdominales, atteignant un maximum après 24 h et régressent en 8 à 14 jours. On observe également des valeurs élevées de lipase en cas de pancréatite chronique ou d'obstruction des voies pancréatiques. [1,2,3,4]

Méthode

Test enzymatique colorimétrique

Un substrat de synthèse de la lipase (l'ester d'acide 1,2-o-dilauryl-rac-glycéro-3-glutarate-(6-méthylrésorufine)) est ajouté à une microémulsion scindée de façon spécifique par la lipase en présence de colipase et d'acides biliaires. La combinaison de lipase et d'acides biliaires rend la réaction fiable et spécifique de la lipase pancréatique sans interférences dues aux enzymes lipolytiques ou aux estérases. La composition du réactif est optimisée de façon à écarter tout effet matrice du sérum. L'ester de méthylrésorufine généré est spontanément dégradé en méthylrésorufine. L'absorbance de ce colorant rouge est directement proportionnelle à l'activité de la lipase dans l'échantillon. [5,6,7]

La lipase catalyse la réaction suivante:

Ester d'acide 1,2-o-dilauryl-rac-glycéro-3-glutarate-(6-méthylrésorufine)

Lipase/Colipase
Colipase
Lipase/Colipase
Glycérol +
Ester d'acide glutarate-(6-méthylrésorufine)

Ester d'acide de glutarate-(6-méthylrésorufine)

Dégradation spontanée
Spontanée
Méthylrésorufine

Méthylrésorufine

L'augmentation d'absorbance est mesurée par photométrie.

Réactifs

méthylrésorufine)

Composants et Concentrations

R1:	Tampon de Good	pH 8,0	50 mmol/L
	Taurodésoxycholate		4,3 mmol/L
	Désoxycholate		8,0 mmol/L
	Chlorure de calcium		15 mmol//L
	Colipase (porc)		2,2 mg/L
R2:	Tampon Tartrate	pH 4,0	7,5 mmol/L
	Taurodésoxycholate		17,2 mmol/L
	Substrat coloré		≤ 0,65 mmol/L

Conservation et Stabilité

Les réactifs sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur le coffret, conservés entre +2 °C et +8 °C en évitant toute contamination. Ne pas congeler et conserver à l'abri de la lumière.

Note : Un faible précipité rouge peut se produire dans le réactif 2, ce qui n'influence pas la performance du test. Ne pas remettre en suspension avant l'utilisation.

Avertissements et Précautions d'Emploi

- 1. Acactif 2: Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- Le réactif 1 contient de l'azide de sodium (0,95 g/L) comme conservateur. Ne pas avaler! Eviter le contact avec la peau et les muqueuses.
- Le réactif 1 contient de la matière animale. Manier le produit comme potentiellement infectieux selon les précautions universelles et de bonne pratique de laboratoire.
- 4. Plusieurs autres réactifs de diagnostic contiennent de la lipase ou des concentrations élevées de détergents. Éviter toute contamination spécialement dans les réactifs de Triglycérides, HDL et LDL. Les cuves et d'autres accessoires en verre doivent être soigneusement lavés après toute utilisation pour d'autres analyses.
- Dans de très rares cas, des spécimens de patients souffrant de gammapathie peuvent produire des valeurs fausses [8].
- 6. Merci de vous référer aux fiches de sécurité et prendre les précautions nécessaires pour l'utilisation de réactifs de laboratoire. Pour le diagnostic, les résultats doivent toujours être exploités en fonction de l'historique médical du patient, des examens cliniques ainsi que des résultats obtenus sur d'autres paramètres.
- 7. Uniquement à usage professionnel.

Gestion des Déchets

Se référer aux exigences légales nationales.

Préparation du Réactif

Les réactifs sont prêts à l'emploi.

Matériels Nécessaires

Équipement général de laboratoire

Spécimen

Sérum humain ou plasma recueilli sur héparine

Stabilité [9]:

7 jours entre +20 °C et +25 °C 7 jours entre +4 °C et +8 °C 1 an à -20 °C

Une seule congélation. Éliminer les échantillons contaminés.

Calcul

Avec Calibrant

Lipase [U/L] = $\frac{\Delta A/\min \text{ \'e} \text{ chantillon}}{\Delta A/\min \text{ Cal.}} \times \text{ Conc. Cal. [U/L]}$

Facteur de Conversion

Lipase [U/L] x 0,0167 = Lipase [µkat/L]

Lipase DC FS - Page 1 844 4321 22 03 00 Février 2023/2

Calibrants et Contrôles

TruCal U de DiaSys est recommandé pour la calibration. Les valeurs du calibrant sont établies par rapport au coefficient d'extinction molaire d'une méthode de détermination disponible. Utiliser TruLab N et P de DiaSys pour le contrôle de qualité interne. L'utilisation de contrôles à base humaine est strictement recommandée. Chaque laboratoire établira la procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des limites de confiance.

	Référence	Pré	ésent	tation
TruCal U	5 9100 99 10 063	20	Х	3 mL
	5 9100 99 10 064	6	Х	3 mL
TruLab N	5 9000 99 10 062	20	Х	5 mL
	5 9000 99 10 061	6	Х	5 mL
TruLab P	5 9050 99 10 062	20	Х	5 mL
	5 9050 99 10 061	6	Х	5 mL

Performances

Données évaluées sur Alinity c

Les données exemplaires citées en bas peuvent varier légèrement en cas de conditions de mesure déviantes.

Domaine de mesure de 6 jusqu'à 300 U/L.		
En cas d'activité plus élevées, mesurer les spécimens une		
seconde fois après une dilution manuelle avec du		
NaCl (9 g/L) ou avec la fonction rerun.		
Limite de détection***	4 U/L	
Stabilité à bord de l'analyseur	12 semaines	
Stabilité de calibration	12 semaines	

Stabilite de Calibration	12 Semanes	
Substance interférente	Interférences ≤ 10 % jusqu'à	Concentration de l'analyte [U/L]
Acide ascorbique	60 mg/dL	41,2
	60 mg/dL	93,2
Bilirubine (conjuguée)	60 mg/dL	40,9
	60 mg/dL	96,4
Bilirubine (non conjuguée)	60 mg/dL	51,6
	60 mg/dL	110
Hémoglobine	600 mg/dL	47,7
	1000 mg/dL	99,4
Lipémie (triglycérides)	2000 mg/dL	36,2
	2000 mg/dL	89,3
N-acétylcystéine (NAC)	2000 mg/L	41,6
	2000 mg/L	105
Pour plus d'information au sujet des interférences, voir Young DS [10,11].		

Précision			
Intra série (n=20)	Échantillon 1	Échantillon 2	Échantillon 3
Moyenne [U/L]	31,2	60,7	293
CV [%]	1,34	0,534	0,331
Précision totale CLSI (n=80)	Échantillon 1	Échantillon 2	Échantillon 3
Moyenne [U/L]	30,7	59,0	222
CV [%]	1.95	0.823	0.766

Comparaison de méthodes (Sérum; Plasma; n=165)		
Test x	Lipase concurrente (cobas c 501)	
Test y	Lipase DC FS de DiaSys (Alinity c)	
Pente	0,969	
Ordonnée à l'origine	1,47 U/L	
Coefficient de corrélation	0,9945	

^{***} selon CLSI document EP17-A2, Vol. 32, No. 8

Valeurs Usuelles [12]

≤ 60 U/L ≤ 1,00 µkat/L

Chaque laboratoire devrait vérifier si les valeurs usuelles sont transmissibles à sa propre population patiente et déterminer ses propres valeurs de référence si besoin.

Références Bibliographiques

- Lorentz K. Lipase. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 95-7.
- Moss DW, Henderson AR. Digestive enzymes of pancreatic origin. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 689–708.
- Tietz N, Shuey DF. Lipase in serum the elusive enzyme: an overview. Clin Chem 1993; 39: 746-56.
- Lott J, Patel ST, Sawhney AK, Kazmierczak SC, Love JE. Assays of serum lipase: analytical and clinical considerations. Clin Chem 1986; 32: 1290–1302.
- Leybold A, Junge W. Importance of colipase for the measurement of serum lipase activity. Adv Clin Enzymol 1986;4: 60-7.
- Borgström B. The action of bile salts and other detergents on pancreatic lipase and the interaction with colipase. Biochimica et Biophysika Acta 1977; 488: 381-91.
- Gargouri Y, Julien R, Bois A, Verger R, Sarda L. Studies on the detergent inhibition of pancreatic lipase activity. J of Lipid Research 1983; 24: 1336-42.
- Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: Mechanism, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007; 45(9): 1240–1243.
- 9. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 36-7.
- Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
- Young DS. Effects on Clinical Laboratory Tests Drugs Disease, Herbs & Natural Products, https://clinfx.wiley.com/ aaccweb/aacc/, accessed in August 2021. Published by AACC Press and John Wiley and Sons, Inc.
- Junge W, Abicht K, Goldman J. Evaluation of the colorimetric liquid assay for pancreatic lipase on Hitachi analyzers in 7 clinical centres in Europe. Clin Chem Lab Med 1999; 37, Special suppl: 469.



DiaSys Diagnostic Systems GmbH Alte Strasse 9 65558 Holzheim Allemagne www.diasys-diagnostics.com

Lipase DC FS - Page 2 844 4321 22 03 00 Février 2023/2

^{*} DC = Direct Color = Couleur Directe

^{**} Fluid Stable = Liquide & Stable